

检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No:20R004631


 防伪查询网址: www.gttcc.net.cn

防伪码: SELH-7249-04

共3页 第1页

委托单位	吴江市涂泰克纺织后整理有限公司 地址: 吴江市盛泽镇南三环1599路				
客户认定信息	面料+膜 100cm×100cm				
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-07-21	报告签发日期	2020-07-29
判定依据	---				
综合检验结论	---				
检验检测结果	检验检测结果详见附页				
备注	本报告为20R004623的中文版本。 本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。				

签发: 刘圆 工程师




样品图片

(电子版)

No: 20R004631

共3页 第2页



检验检测报告附 (电子版)

No: 20R004631

共 3 页 第 3 页

检验项目: 抗血液携带病原体穿透性					
测试方法: ASTM F1671/F1671M-2013 程序 B					
判定标准: ---					
样品	测试结果				测试通过/ 测试失败
	第一步 (0kPa, 5min)	第二步 (13.8kPa, 1min)	第三步 (0kPa, 54min)	噬菌体 Phi-X174 滴度 (PFU /mL)	
阳性对照	可见穿透	可见穿透	可见穿透	可见穿透	测试有效
阴性对照	不可见穿透	不可见穿透	不可见穿透	<1	测试有效
样品 1	不可见穿透	不可见穿透	不可见穿透	<1	测试通过
样品 2	不可见穿透	不可见穿透	不可见穿透	<1	测试通过
样品 3	不可见穿透	不可见穿透	不可见穿透	<1	测试通过
结果判定	---				
备注	测试时用支撑网支撑样品。				



——本报告结束——