



170000113982



广检集团
GTTC

检 验 报 告

报告编号：21C000758

委托方：吴江市涂泰克纺织后整理有限公司

生产单位：吴江市涂泰克纺织后整理有限公司

样品名称：医用一次性连体鞋套防护服

型 号：连身式/200（6XL）

检验类别：注册检验

广州检验检测认证集团有限公司



声明

- 一、报告无检验机构检验报告专用章或检验单位公章无效。
- 二、除全文复制外，报告未经检验机构书面批准不得部分复制。
- 三、复制报告未重新加盖检验机构检验报告专用章或检验单位公章无效。
- 四、报告无批准人签字无效。
- 五、报告涂改无效。
- 六、对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面方式向检验单位提出，逾期不予受理。
- 七、报告结果仅适用于收到的样品。
- 八、对委托送样的样品及信息的真实性，由委托方负责。

机构名称：广州检验检测认证集团有限公司

地址：广州番禺区珠江路1号

电话：020-61994598 61994599

传真：/

邮政编码：511400

检验报告首页

报告编号:21C000758

共5页 第1页

样品名称	医用一次性连体鞋套防护服		样品编号	21C000758
	送样 (√)	抽样 (/)		
商标	TTK		型号规格	连身式/200 (6XL)
委托方	吴江市涂泰克纺织后整理有限公司		检验类别	注册检验
委托方地址	吴江市盛泽镇南三环1599路		产品编号 / 批号	TTK-FX20210812
生产单位	吴江市涂泰克纺织后整理有限公司		抽样单编号	--
受检单位	--		生产日期	2021.08.12
抽样单位	--		样品数量	15件
抽样地点	--		抽样基数	--
抽样日期	--		检验地点	总部检验室
收样日期	2021年12月08日		检验日期	2021年12月08日至2021年12月29日
检验项目	全项目			
检验依据	吴江市涂泰克纺织后整理有限公司《医用一次性连体鞋套防护服》技术要求			
检验结论	被检样品符合吴江市涂泰克纺织后整理有限公司发布的《医用一次性连体鞋套防护服》技术要求。 结论：合格。 (检验报告专用章或检验单位公章) 签发日期：2021年12月29日			
备注	1) 报告中的“--”表示此项不适用，报告中“/”表示此项空白。 2) 材质：PP+PE 3) 颜色：白色 4) 判定指标来源于客户要求的吴江市涂泰克纺织后整理有限公司《医用一次性连体鞋套防护服》技术要求。我单位获CMA认定授权的检验能力覆盖吴江市涂泰克纺织后整理有限公司《医用一次性连体鞋套防护服》技术要求所检项目。 本报告检验地址为广州市番禺区珠江路1号。			

批准：刘丽琴

职务：授权签字人



检验报告

报告编号:21C000758

共5页 第2页

序号	检验项目	技术要求条款	技术要求	检验结果	单项结论	备注
1	外观[3件]	2.1.1	防护服应干燥、清洁、无霉斑,表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷。	符合要求	符合	
		2.1.2	防护服连接部位可采用针缝、粘合或热合等加工方式。针缝的针眼应密封处理,针距每3cm应为8针~14针,线迹应均匀、平直,不得有跳针。粘合或热合等加工处理后的部位,应平整、密封,无气泡。	符合要求	符合	
		2.1.3	装有拉链的防护服拉链不能外露,拉头应能自锁。	符合要求	符合	
		2.1.4	鞋套连接部位应平整、密合。	符合要求	符合	
2	结构[3件]	2.2.1	防护服的结构应合理,穿脱方便,结合部位严密。	符合要求	符合	
		2.2.2	袖口、帽子面部收口和腰部均应采用弹性收口。	符合要求	符合	
3	尺寸(cm)	2.3	防护服号型分为160(S)、165(M)、170(L)、175(XL)、180(XXL)、185(3XL)、190(4XL)、195(5XL)、200(6XL),偏差为±2cm。	偏差: 身长 -2 胸围 -1 袖长 -1 袖口 +1 脚长 0	符合	
4	抗渗水性(kPa)	2.4.1	防护服关键部位静水压应不低于1.67kPa(17cmH ₂ O)。	1# 6.3 2# 7.2 3# 6.8 4# 6.4 5# 6.5 平均值 6.6	符合	
5	透湿量(g/(m ² ·d))	2.4.2	防护服材料透湿量应不小于2500g/(m ² ·d)。	6.02×10 ³	符合	
6	抗合成血液穿透性(kPa)	2.4.3	防护服抗合成血液穿透性应不低于1.75kPa。	1.75	符合	
7	表面抗湿性(级)	2.4.4	防护服外侧面沾水等级应不低于GB/T 4745-2012中3级的要求。	1# 3 2# 4 3# 4 平均值 3-4	符合	
8	断裂强力(N)	2.5	防护服关键部位材料的断裂强力应不小于45N。	纵向 150 横向 79	符合	
9	断裂伸长率(%)	2.6	防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%。	纵向 104 横向 101	符合	



检验报告

报告编号:21C000758

共5页 第3页

序号	检验项目	技术要求条款	技术要求	检验结果	单项结论	备注
10	过滤效率(%)	2.7	防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%。	关键部位: 最小值 100 接缝处: 最小值 99	符合	
11	抗静电性(μ C/件)	2.8	防护服的带电量应不大于0.6μ C/件。	0.2	符合	
12	静电衰减性能(s)	2.9	防护服材料静电衰减时间不超过0.5s。	最大值 0.02	符合	
13	无菌	2.10.2	无菌防护服经环氧乙烷灭菌, 应无菌。	无菌生长	符合	
14	环氧乙烷残留量(μ g/g)	2.11	经环氧乙烷灭菌的防护服, 其环氧乙烷残留量应不超过10μ g/g。	未检出 (检出限:0.5)	符合	



检验报告照片页

报告编号:21C000758

共5页 第4页



检验报告照片页

报告编号:21C000758

共5页 第5页



样品描述
医用一次性连体鞋套防护服
型号规格或其它说明
连身式/200 (6XL)

——本报告结束——





170000113982



广检集团
— GTTC —

检 验 报 告

报告编号：21C000643

委托方：吴江市涂泰克纺织后整理有限公司

生产单位：吴江市涂泰克纺织后整理有限公司

样品名称：医用一次性连体鞋套防护服

型 号：连身式/200（6XL）

检验类别：注册检验

广州检验检测认证集团有限公司



声明

- 一、报告无检验机构检验报告专用章或检验单位公章无效。
- 二、除全文复制外，报告未经检验机构书面批准不得部分复制。
- 三、复制报告未重新加盖检验机构检验报告专用章或检验单位公章无效。
- 四、报告无批准人签字无效。
- 五、报告涂改无效。
- 六、对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面方式向检验单位提出，逾期不予受理。
- 七、报告结果仅适用于收到的样品。
- 八、对委托送样的样品及信息的真实性，由委托方负责。

机构名称：广州检验检测认证集团有限公司

地址：广州番禺区珠江路1号

电话：020-61994598 61994599

传真：/

邮政编码：511400

检验报告首页

报告编号:21C000643

共4页 第1页

样品名称	医用一次性连体鞋套防护服		样品编号	21C000643
	送样 (√)	抽样 (/)		
商标	TTK		型号规格	连身式/200 (6XL)
委托方	吴江市涂泰克纺织后整理有限公司		检验类别	注册检验
委托方地址	吴江市盛泽镇南三环1599路		产品编号 / 批号	TTK-FX20210812
生产单位	吴江市涂泰克纺织后整理有限公司		抽样单编号	--
受检单位	--		生产日期	2021.08.12
抽样单位	--		样品数量	3件
抽样地点	--		抽样基数	--
抽样日期	--		检验地点	总部检验室
收样日期	2021年11月08日		检验日期	2021年11月08日至2021年11月29日
检验项目	细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数			
检验依据	吴江市涂泰克纺织后整理有限公司《医用一次性连体鞋套防护服》技术要求			
检验结论	样品所检项目符合吴江市涂泰克纺织后整理有限公司发布的《医用一次性连体鞋套防护服》技术要求。 结论：合格。 (检验报告专用章或检验单位公章) 签发日期：2021年11月29日			
备注	1) 报告中的“--”表示此项不适用，报告中“/”表示此项空白。 2) 颜色：白色 3) 材质：PP+PE 4) 判定指标来源于客户要求的吴江市涂泰克纺织后整理有限公司《医用一次性连体鞋套防护服》技术要求。我单位获CMA认定授权的检验能力覆盖吴江市涂泰克纺织后整理有限公司《医用一次性连体鞋套防护服》技术要求所检项目。 本报告检验地址为广州市番禺区珠江路1号。			

批准：刘丽琴

职务：授权签字人



检验报告

报告编号:21C000643

共4页 第2页

1	细菌菌落总数 (CFU/g)	3.10.1	≤200	20	符合	
2	大肠菌群	3.10.1	不得检出	未检出	符合	
3	绿脓杆菌	3.10.1	不得检出	未检出	符合	
4	金黄色葡萄球菌	3.10.1	不得检出	未检出	符合	
5	溶血性链球菌	3.10.1	不得检出	未检出	符合	
6	真菌菌落总数 (CFU/g)	3.10.1	≤100	<20	符合	



检验报告照片页

报告编号:21C000643

共4页 第3页



检验报告照片页

报告编号:21C000643

共4页 第4页



样品描述

医用一次性连体鞋套防护服

型号规格或其它说明

连身式/200 (6XL)

——本报告结束——

